

Resposta ao pedido de Esclarecimento referente ao Pregão Presencial 46/2018 -

Departamento de Licitações e Contratos - Selvíria-MS

Qui 04/10/2018, 15:34

Para: Pedido Licitações - CMOS DRAKE <pedido.licitacoes@cmosdrake.com.br>

📎 1 anexos (389 KB)

Resposta pedido de esclarecimento.pdf;

Boa tarde

conforme solicitado pedido, segue resposta esclarecimento, e o mesmo se encontra no site www.selviria.ms.gov.br.
aba de avisos de licitações.

att

Willian Braz da Cruz Negro
Chefe do Setor de Licitações e Contratos



Prefeitura Municipal de Selvíria - MS

Assistência Social Posse dos Novos Membros do Conselho Municipal
de Assistência Social - CMAS para o biênio 2018/2020.

www.selviria.ms.gov.br

De: Pedido Licitações - CMOS DRAKE <pedido.licitacoes@cmosdrake.com.br>

Enviado: quarta-feira, 3 de outubro de 2018 17:30

Para: licitacaoselviria@hotmail.com

Assunto: Pedido de Esclarecimento referente ao Pregão Presencial 46/2018 -

PROCESSO	129-18
FLS.	769
VISTO	WA

Prezados!


CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A., sociedade com sede na cidade de Nova Lima, na Avenida Regent, 600, Sala 205, Aplhville, Minas Gerais, CEP 34018-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.620.716/0001-80, vem à presença de V. Sa., nos termos do item do Edital do **PREGÃO PRESENCIAL 46/2018** solicitar os seguintes esclarecimentos:

Dispõe os itens 66 e 67 do **PREGÃO PRESENCIAL 46/2018** que:

“66 - **ELETRODO DESCATÁVEL MULTIFUNÇÃO adulto, para uso no desfibrilador DEA CMOS drake**”

“67 - **ELETRODO DESCATÁVEL MULTIFUNÇÃO KIT adulto/pediátrico, para uso no desfibrilador DEA CMOS drake**”

O LIFE 400 FUTURA possui dois modelos de DEA fabricados e para cada um deles, a entrada dos conectores para os eletrodos são DIFERENTE, conforme imagem abaixo:



Diante do exposto, solicitamos que o órgão nos informe para qual modelo de DESFIBRILADORES está sendo realizado a licitação.

Além do citado anterior, notou-se que no item 67 do descritivo solicita **"ELETRODO DESCATÁVEL MULTIFUNÇÃO KIT adulto/pediátrico"**. Entretanto a nossa marca fabrica eletrodos de tamanhos diferentes para pacientes adultos e pediátricos.

Diante disso solicitamos que seja especificado o tipo de paciente no qual o eletrodo irá ser utilizado, para que possamos atender as necessidades do solicitante.

Atenciosamente;

João Vitor Batista
Auxiliar de licitações

(31) 3547-3969

PROCESSO	129-18
FLS.	770
VISTO	W



RESPOSTA PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

Edital 129/2018.

Pregão Presencial 46/2018.

Em resposta ao pedido de Esclarecimentos formulado pela empresa CMOS Drake do Nordeste S.A, vimos pelo presente prestar os seguintes esclarecimentos:

1. Do pedido de esclarecimentos:

“Dispõe os itens 66 e 67 do pregão presencial 46/2018 que:

Item 66 - ELETRODO DESCATÁVEL MULTIFUNÇÃO adulto, para uso no desfibrilador DEA CMOS Drake.

Item 67 - ELETRODO DESCATÁVEL MULTIFUNÇÃO KIT adulto/pediátrico, para uso no desfibrilador DEA CMOS Drake.

O LIFE 400 FUTURA possui dois modelos de DEA fabricados e para cada um deles, a entrada dos conectores para os eletrodos são DIFERENTES.

Diante do exposto, solicitamos que o órgão nos informe para qual modelo de DESFIBRILADORES está sendo realizado a licitação.

Além do citado anterior, notou-se que no item 67 do descritivo solicita “ELETRODO DESCATÁVEL MULTIFUNÇÃO KIT adulto/pediátrico”. Entretanto a nossa marca fabrica eletrodos de tamanhos diferentes para pacientes adultos e pediátricos.

Diante disso solicitamos que seja especificado o tipo de paciente no qual o eletrodo irá ser utilizado, para que possamos atender as necessidades do solicitante.

2. Da Resposta ao Pedido de Esclarecimentos:


Em resposta, informamos que:

Em relação ao item 66- Modelo Bifásico Vivo, Série 312060175, conector azul.

Em relação ao item 67- Por se tratar de tamanhos diferentes, pedimos 10 adultos e 10 pediátricos.

Sendo só o que solicita, antecipo votos de estima e elevada consideração.

Selvíria – MS, 04 de outubro de 2018.


TAIANY NUBIA DE CARVALHO
Diretora de Departamento Hospitalar

PROCESSO	129-18
FLS.	771
VISTO	